



अध्यक्ष
Chairman

Case File Number: MH-24457-RF-XL-007

Issuance Date: 02/03/2021

Document Number: 16-LOEE-92672

Expiry Date: 02/03/2026

LICENSE FOR OPERATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY EQUIPMENT

In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 as applicable of Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules {AE(RP)R}, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues **Licence** in favour of Dr. PRAKASH KANHAYALAL KANKARIYA to operate the following medical diagnostic x-ray equipment located at JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124,,ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD, AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-414001 for medical diagnostic purpose.

| Type of Equipment | Manufacturer | Model | Equipment ID |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Interventional Radiology | M/s Siemens Healthcare GmbH | Artis Zee FMSC | G-XL-34994 |

The **TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, AHMEDNAGAR** and **DR. PRAKASH KANHAYALAL KANKARIYA** are hereby identified as the Employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of operation of the above equipment.

The Employer and Licensee are responsible for,

- I. Ensuring compliance with the relevant provisions of the
 - i. Atomic Energy Act, 1962
 - ii. Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
 - iii. AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
 - iv. All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.
 - v. Directives issued by Competent Authority from time to time.
- II. Ensuring compliance with terms and conditions stated overleaf.

Note:

This Licence is issued ONLY from the RADIATION SAFETY VIEW POINT. All other clearances shall be obtained from concerned state/central/local authorities as applicable.

(Competent Authority)

DR. PRAKASH KANHAYALAL KANKARIYA
JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE,



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124, ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD,,
AHMEDNAGAR-414001
MAHARASHTRA

Copy to: TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH
INSTITUTE, AHMEDNAGAR

TERMS AND CONDITIONS

1. No activity will be carried out by your institute for purposes other than those specified in this Licence.
2. The regulatory responsibilities of the employer, licensee and RSO as laid down in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 or the latest revision of AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2) shall be adhered to.
3. Availability of qualified and trained personnel and personnel monitoring service for radiation workers shall be ensured all the time.
4. Availability of services of a qualified radiologist or related medical practitioner, with adequate knowledge of radiation protection for interpretation and reporting shall be ensured all the time.
5. Full facilities shall be accorded to any authorised representatives of the competent authority to inspect the facility at any time. Records on manufacturing/supply/Quality Assurance Tests /Type Approvals shall be made available.
6. The periodic safety status report of x-ray equipment in the possession of the institution shall be submitted to AERB.
7. The x-ray shall not be sold or otherwise transferred to another person without obtaining the specific permission from AERB.
8. In case of change in layout/change in positioning/change in location of x-ray equipment prior permission shall be obtained from regulatory body.
9. Any incident involving radiation exposure to person from this x-ray equipment shall be immediately intimated to AERB.
10. Licence shall be renewed before its expiry.
11. A copy of this Licence shall be displayed in a prominent location in the control room of x-ray equipment.
12. This license may be suspended, modified or withdrawn as specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in the event of contravention of the provisions of the above Act / Rules / Codes or terms and conditions of the Licence. Where deemed appropriate, AERB may also initiate penal action against the Employer/licensee in such an event.
13. In case there is change in information contained in this licence after its issuance, such as change of Licensee, Employer, name of institution, address etc., and changes such as addition/ decommissioning of Medical X-ray equipment it shall be ensured by licensee that the necessary amendment to this effect to the licence is obtained from the Competent Authority.
14. The X-ray equipment shall be operated by qualified personnel trained in radiation safety. No radiation worker shall be allowed to operate the X-ray equipment without TLD badge/PMS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



अध्यक्ष
Chairman

Case File Number: MH-24457-RF-XL-007

Issuance Date: 02/03/2021

Document Number: 16-LOEE-92672

Expiry Date: 02/03/2026

मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरण के प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 तथा 17 जो कि लागू हो, के साथ पठित परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम [एई (आरपी)आर], 2004 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) एतद्वारा Dr. PRAKASH KANHVALAL KANKARIYA के पक्ष में JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124,,ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD, AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-414001 स्थित निम्नलिखित मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स-रे उपकरणों का मेडिकल डाइग्नोस्टिक उद्देश्य हेतु प्रचालन करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करता है।

| उपकरण का प्रकार | विनिर्माता | मॉडल | उपकरण का आईडी |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Interventional Radiology | M/s Siemens Healthcare GmbH | Artis Zee FMSC | G-XL-34994 |

उपरोक्त उपकरण के प्रचालन के कारण कार्मिकों, जनता तथा पर्यावरण के विकिरण से संरक्षण के संबंध में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य हेतु TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, AHMEDNAGAR तथा DR. PRAKASH KANHVALAL KANKARIYA को क्रमशः नियोक्ता तथा अनुज्ञप्तिकर्ता के रूप में पहचाना गया है।

नियोक्ता तथा अनुज्ञप्तिकर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी हैं,

I. निम्नलिखित के संगत प्रावधानों सहित अनुपालन सुनिश्चित करना

i.परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

ii.परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;

iii.एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/एमईडी-2), 2001, संशोधित 2012 तथा इसके संशोधन



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

iv.उपरोक्त कार्यों के संबंध में एईआरबी द्वारा जारी किये गये सभी संरक्षा संहिताएं, दिशानिर्देश तथा एईआरबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनिर्मायक दस्तावेज़

v.सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देश।

II. पिछले पृष्ठ पर दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट :-

यह अनुज्ञप्ति केवल विकिरण संरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अन्य सहमतियाँ संबंधित राज्य/केंद्र/स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त करनी होंगी।

बिनाश्रीशुबरशव

(सक्षम प्राधिकारी)

DR. PRAKASH KANHAYALAL KANKARIYA
JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE,
T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124, ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD,,
AHMEDNAGAR-414001
MAHARASHTRA

Copy to: TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, AHMEDNAGAR

निबंधन तथा शर्तें

1. इस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा गतिविधियां नहीं की जानी हैं।
2. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 अथवा एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/एमईडी-2) में दी गई नियोक्ता, अनुज्ञप्तिकर्ता तथा आरएसओ की विनिर्मायक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।
3. विकिरण कर्मियों के लिए योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कर्मियों तथा कर्मिक मॉनिटरिंग सेवा की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
4. व्याख्या और रिपोर्टिंगके लिएअर्हता प्राप्तरेडियोलॉजिस्टअथवासंबंधितचिकित्सक, जिसकोविकिरण सुरक्षाकी पर्याप्त जानकारीहो,की सेवाओंकी सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों को किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ दी जानी चाहिए। विनिर्माण/आपूर्ति/गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों/टाइप अनुमोदनों का अभिलेख उपलब्ध करवाना होगा।
6. संस्थान के स्वामित्व वाले एक्स-रे उपकरणों की सावधिक संरक्षा स्थिति रिपोर्ट एईआरबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7. एईआरबी से विशेष अनुमति लिये बिना एक्स-रे उपकरण को न बेचा जाए और नही इसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाए।
8. लेआऊट में कोई परिवर्तन/एक्स-रे उपकरण की स्थिति/स्थान में कोई परिवर्तन करना हो तो विनिर्मायक निकाय की पुर्वानुमति लेनी होगी।
9. इस एक्स-रे उपकरणसे किसी प्रकार के विकिरण उद्घासन की कोई घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत एईआरबी को देनी है।
10. अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के पूर्व इसका नवीकरण कराना होगा।
11. इस अनुज्ञप्ति की एक प्रति एक्स-रे उपकरण/संस्थापन के पास स्पष्ट दिखें ऐसी जगह पर प्रदर्शित की जानी होगी।
12. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट के अनुसार इस अधिनियम/नियम/संहिता के किसी प्रावधानों अथवा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञप्ति निलंबित, आशोधित की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है। ऐसी किसी घटना में, जहाँ समुचित प्रतित होता हो, एईआरबी उक्त नियोक्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के विरुद्ध दण्ड की कार्रवाई भी कर सकता है।
13. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के बाद किसी सूचना जैसे अनुज्ञप्तिकर्ता, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता आदि में परिवर्तन अथवा मेडिकल एक्स-रे उपकरण की संख्या में वृद्धि/विकमीशनन आदि के संबंध में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस बारे में अनुज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है।
14. एक्सरे उपकरण विकिरण सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कोई विकिरण कार्यकर्ता को टीएलडी बैज / पीएमएस के बिना एक दूसरे उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

अध्यक्ष

Chairman



GOVERNMENT OF INDIA

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Case File Number: MH-93202-RF-XL-001

Issue Date: 26/08/2021

Document Number: 21-LOP-661123

Expiry Date: 26/08/2026

LICENSE FOR OPERATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY EQUIPMENT

In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 as applicable of Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules {AE(RP)R}, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues Registration in favour of DR. PRAKASH KANKARIA to operate the following diagnostic radiology equipment located at G.NO.16/1 PLOT NO.2. CHAHURANA BK, NEAR, ANANDRUSHIJI HOSPITAL, BURUDGAON ROAD, AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-414001 for Medical Diagnosis purposes.

| Type of Equipment | Manufacturer | Model | Equipment Id | Equipment Serial no |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Computed Tomography | SIEMENS HEALTHCARE PVT LTD, India | SOMATOM go.Now . | G-XL-146001 | 137212 |

The TRUSTEE, ANANDRUSHIJI HOSPITAL BLOOD BANK C/O JAIN SOCIAL FED, AHMEDNAGAR and DR. PRAKASH KANKARIA are hereby identified as the Employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of operation of the above equipment.

The Employer and Licensee are responsible for,

- I. Ensuring compliance with the relevant provisions of the
 - i. Atomic Energy Act, 1962
 - ii. Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
 - iii. AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
 - iv. All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.
 - v. Directives issued by Competent Authority from time to time.
- II. Ensuring compliance with terms and conditions stated overleaf.

Note:

This Licence is issued ONLY from the RADIATION SAFETY VIEW POINT. All other clearances shall be obtained from concerned state/central/local authorities as applicable.

(Competent Authority)

Note: This document is also available at www.aerb.gov.in/elora

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)





Case File Number: MH-24457-RF-XR-015

Issue Date: 07/09/2022

Document Number: 22-LOP-826529

Expiry Date: 07/09/2027

REGISTRATION FOR OPERATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY EQUIPMENT

In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 as applicable of Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules {AE(RP)R}, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues Registration in favour of DR. PRAKASH KANKARIYA to operate the following diagnostic radiology equipment located at T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124,, ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD, AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-414001 for Medical Diagnosis purposes.

| Type of Equipment | Manufacturer | Model | Equipment Id |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|--------------|
| Radiography (Fixed) | SKANRAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, India | DR 400i | G-XR-166955 |

The TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, AHMEDNAGAR and DR. PRAKASH KANKARIYA are hereby identified as the Employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of operation of the above equipment.

The Employer and Licensee are responsible for,

- I. Ensuring compliance with the relevant provisions of the
 - i. Atomic Energy Act, 1962
 - ii. Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
 - iii. AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
 - iv. All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.
 - v. Directives issued by Competent Authority from time to time.
- II. Ensuring compliance with terms and conditions stated overleaf.

Note:

This Registration is issued ONLY from the RADIATION SAFETY VIEW POINT. All other clearances shall be obtained from concerned state/central/local authorities as applicable.

Dr. P. K. Dash Sharma
Head, RSD

DR. PRAKASH KANKARIYA, TRUSTEE
JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE
T. P. SKIM NO. 3, PLOT NO 124,, ANAND RISHIJI MARG, STATION ROAD,
AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-414001

CC: TRUSTEE, JAIN SOCIAL FEDERATION ANAND RISHIJI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, AHMEDNAGAR

Note: This document is also available at www.aerb.gov.in/elora



परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094 (महाराष्ट्र)
Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

अनुबंध Appendix 1

नियम और शर्तें TERMS AND CONDITIONS

- विकिरण स्रोतों के संचालन पर प्रतिबंध Constraints on operation of radiation sources:** लाइसेंसधारक किसी भी विकिरण स्रोत (रेडियोधर्मी स्रोत और/या विकिरण उत्पन्न करने वाला उपकरण) को नहीं संभालेगा (क) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट के अलावा; (ख) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए; और (ग) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट के अलावा किसी भी स्थान पर। The licensee shall not handle any radiation source (Radioactive Sources and/or Radiation Generating Equipment): (a) other than those specified in the licence; (b) for any purpose other than those specified in the licence; and (c) in any location except as specified in the licence.
- उत्तरदायित्व Responsibilities:** परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में निर्दिष्ट नियोक्ता, लाइसेंसधारक, आरएसओ और श्रमिकों की जिम्मेदारियों का पालन किया जाएगा। विकिरण फैसिलिटी/गतिविधियों की सुरक्षा के लिए मुख्य जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी और नियामक संस्था द्वारा कोई भी नियामक गतिविधियां या निरीक्षण लाइसेंसधारक को सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। The responsibilities of the employer, licensee, RSO and workers as specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 shall be complied with. Prime responsibility for the safety of the radiation facility/activities shall lie with the licensee and any regulatory activities or inspections by the regulatory body does not relieve the licensee from his/her responsibility for safety.
- स्रोतों की सलामती और सुरक्षा Safety and Security of sources:** विकिरण स्रोत की सलामती और सुरक्षा हर समय अर्थात् खरीद से लेकर विकिरण स्रोत के निपटान/उपकरण के बंद होने तक सुनिश्चित की जाएगी। रेडियोधर्मी स्रोत/रेडियोधर्मी स्रोतों को रखने वाले उपकरण अस्थाई रूप से उपयोग में नहीं होने पर एक अनुमोदित और सुरक्षित भंडारण कक्ष में संग्रहीत किए जाएंगे। The safety and security of the radiation source shall be ensured at all the times i.e. from procurement up to the time of disposal of the radiation source/decommissioning of the equipment. The equipment housing the radioactive source/radioactive sources shall be stored in an approved and secured storage room when temporarily not in use.
- नियामक सिफारिशें Regulatory Recommendations:** रेडियोधर्मी स्रोतों के लिए विकिरण सुरक्षा उपायों और भौतिक सुरक्षा उपायों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सभी नियामक सिफारिशों को लागू किया जाएगा और इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। All the regulatory recommendations, as may be issued from time to time, by the Competent Authority in respect of radiation safety measures and physical security measures for radioactive sources shall be implemented and followed in its letter and spirit.
- अर्हताप्राप्त कार्मिक Qualified manpower:** उपकरण/स्रोतों का संचालन एईआरबी को सूचित किए गए योग्य और प्रशिक्षित विकिरण कर्मियों द्वारा किया जाएगा। Equipment/sources shall be operated by qualified and trained radiation workers as intimated to AERB.
- ले-आउट का संशोधन Modification of layout:** एईआरबी के पूर्वानुमोदन के बिना स्थापना/स्रोत भंडारण फैसिलिटी के अनुमोदित लेआउट में संशोधन, जिसमें विकिरण सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं, नहीं किए जाएंगे। Modifications in the approved layout of the installation/source storage facility that may have radiation safety implications shall not be carried out without obtaining prior approval of AERB.

7. **विकिरण निगरानी Radiation Surveillance:** विकिरण कार्य में लगे व्यक्ति (व्यक्तियों) की विकिरण निगरानी (कार्मिक निगरानी सेवा) नियामक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाएगी। Radiation Surveillance (personnel Monitoring Service) of person(s) engaged in radiation work shall be provided as per the regulatory requirements.
8. **आवधिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट Periodic Safety Status Report:** संस्थान के पास मौजूद सभी विकिरण उपकरणों/स्रोतों की आवधिक स्थिति रिपोर्ट वर्ष में एक बार (कम से कम) आईआरबी को प्रस्तुत की जाएगी। The periodic status report of all radiation devices/sources in the possession of the institution shall be submitted (at least) once in a year to AERB.
9. **रखरखाव Maintenance:** उपकरणों का रखरखाव संबंधित आईआरबी संरक्षा कोड, गाइड और वर्तमान में लागू मानकों के अनुसार किया जाएगा। Maintenance of the equipment shall be carried out in accordance with the respective AERB safety code, guide and standards currently in force.
10. **बिक्री या स्थानांतरण Sale or transfer:** विकिरण स्रोत/डिवाइस/उपकरण/रेडियोधर्मी अपशिष्ट आईआरबी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। The radiation source/device/equipment/radioactive waste shall not be sold or otherwise transferred to another person without obtaining prior approval from AERB.
11. **विकिरण स्रोतों का संचलन Movement of radiation source:** विकिरण उपकरण/स्रोतों को आईआरबी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना, परिसर के भीतर (जब तक कि उपकरण परिसर के भीतर नियमित आवाजाही के लिए न हो) या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा। The radiation equipment/sources shall not be moved from one location to another, within the premises (unless the equipment is meant for routine movement within the premises) or outside, without obtaining prior approval from AERB.
12. **रेडियोधर्मी स्रोत का परिवहन Shipment of radioactive material:** रेडियोधर्मी सामग्री का परिवहन : आईआरबी से परिवहन के लिए पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेडियोधर्मी सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुसार योग्य पैकिंग, चिह्नित और लेबलिंग किया जाता है। Prior approval for shipment shall be obtained from AERB. The package containing radioactive material is properly packed, marked and labelled and the shipment of radioactive material is in accordance with national/international regulations for safe transport of radioactive material.
13. **नियामक निरीक्षण Regulatory inspection:** विकिरण फैसिलिटी का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। Full co-operation shall be accorded to authorized representative(s) of the Competent Authority to inspect radiation facility.
14. **अप्रयुक्त विकिरण स्रोतों तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन Management of disused radiation sources and radioactive waste:** जब कोई विकिरण स्रोत अब अधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं है, या इसके उपयोगी जीवन के पूरा होने पर, उपकरण को बंद कर दिया जाएगा और रेडियोधर्मी स्रोत आईआरबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संरक्षित प्रबंधन के लिए मूल आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। आयातित रेडियोधर्मी स्रोतों के संबंध में, उनके निर्यात के लिए आईआरबी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी। When a radiation source is no longer in use for the authorized purpose, or upon completion of its useful life, the equipment shall be decommissioned and radioactive source shall be returned to the original supplier for safe management in accordance with the procedure laid down by AERB. In respect of imported radioactive sources, prior permission for export of the same shall be obtained from AERB.

15. **असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट Reporting of unusual occurrences:** यदि विकिरण स्रोत/उपकरण की संरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी कोई घटना होती है, तो घटना होने के 24 घंटे के भीतर एईआरबी को इसकी सूचना दी जाएगी। स्रोत के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में, मामले की सूचना तत्काल इलाके में उपयुक्त कानून एवं प्रवर्तन एजेंस को दी जाएगी। If an incident involving the safety of radiation equipment/device/source and security of the radiation source occurs, the same shall be intimated to AERB within 24 hours of the occurrence of the incident. In the event of loss or theft of the source, the matter shall also be promptly reported to the appropriate law enforcement agency in the locality.
16. **रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान के लिए संचालन/प्राधिकरण के लिए लाइसेंस में संशोधन Amendment of licence for operation/Authorization for disposal of radioactive waste:** इस लाइसेंस/प्राधिकरण में निहित जानकारी में कोई भी परिवर्तन, इसके जारी होने के बाद (लाइसेंसधारक, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता आदि के रूप में) एईआरबी को सूचित किया जाएगा और इस संबंध में इस लाइसेंस के लिए उपयुक्त आवश्यक संशोधन सक्षम प्राधिकारी, एईआरबी से प्राप्त किया जाएगा। Any change in the information contained in this licence/authorization, after its issuance (as change of licensee, employer, name of institution, address etc.), shall be intimated to the AERB and appropriate necessary amendment to this effect to this licence shall be obtained from the Competent Authority, AERB
17. **लाइसेंस के नियमों और शर्तों में संशोधन Modification of the terms and conditions of the licence:** लाइसेंस के नियमों और शर्तों को सुरक्षा के हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संशोधित, पुनरीक्षित या सुधार किया जा सकता है। The terms and conditions, of the licence can be amended, revised or modified, as considered necessary by the Competent Authority in the interest of safety.
18. **लाइसेंस का नवीनीकरण Renewal of licence:** लाइसेंस का नवीनीकरण इसकी समाप्ति की तारीख से पहले सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा। लाइसेंस के गैर-नवीनीकरण से लाइसेंसधारक को कब्जे के तहत विकिरण स्रोतों की सलामति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी से तब तक मुक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उपकरण बंद नहीं किया जाता है/और सुरक्षित प्रबंधन के लिए मूल आपूर्तिकर्ता को रेडियोधर्मी स्रोत वापस नहीं किया जाता है। एईआरबी द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए अग्रणी समय को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन एईआरबी को समीक्षा के लिए अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। लाइसेंस की समाप्ति के दो महीन पहले लाइसेंसधारक द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। Renewal of licence shall be obtained from the Competent Authority prior to its date of expiry. Non-renewal of licence does not absolve the licensee from the responsibility of safety and security of radiation sources under possession till the equipment is decommissioned /and radioactive source is returned to the original supplier for safe management. Application for renewal of this licence shall be submitted to AERB for review well in advance, taking into account the lead time for processing of the applications by AERB. Application for renewal may be submitted by the licensee two months prior to expiry of the licence.
19. **डीकमीशन के लिए वित्तीय प्रावधान Financial provision for decommissioning:** लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि एक बार उपयोग में आने के बाद विकिरण स्रोतों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए उचित वित्तीय प्रावधानों सहित व्यवस्था की जाती है। वित्तीय प्रावधान की सीमा का निर्धारण विकिरण स्रोत के आपूर्तिकर्ता/निर्माता के परामर्श से किया जाएगा। वित्तीय प्रावधान सामान्य परिदृश्य के साथ-साथ दिवालियापन या अन्य बाधाओं का सामना करने वाली असंभावित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। Licensee shall ensure that arrangements, including appropriate financial provisions, are made for the safe management of radiation sources, once it ceases to be in use. The extent of financial provision shall be arrived at in consultation with the supplier/manufacturer of the

radiation source. The financial provision shall be made with due consideration to normal scenario as well as unlikely events like bankruptcy or other constraints that may be encountered.

20. **अपराध और दंड Offences and Penalties:** यदि लाइसेंस/प्राधिकरण की शर्तों और अन्य निर्धारित विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान) नियम 1987 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एईआरबी द्वारा लाइसेंस/प्राधिकार को निलंबित, संशोधित या वापस लिया जा सकता है। जहां उपयुक्त समझा जाए, किए गए अपराध के विरुद्ध परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में प्रावधान के अनुसार एईआरबी संस्था द्वारा दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। Licence/authorisation can be suspended, modified or withdrawn by AERB, as specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules 1987 if any of the terms and conditions of the licence/authorisation and other stipulated regulatory provisions is/are contravened. Where deemed appropriate, AERB may initiate penal action against an offence committed by the institution, as provided in the Atomic Energy Act, 1962.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

नोट Note: प्रैक्टिस विशिष्ट आवश्यकताओं पर मार्गदर्शन के लिए कृपया ई-लोरा दिशानिर्देश और एईआरबी वेबसाइट

www.aerb.gov.in देखें। For guidance on practice specific requirements, please refer e-LORA guidelines and AERB website www.aerb.gov.in



AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

HEALTH DEPARTMENT



(PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES
(PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT, 1994)

Reg.No. **ANR-79**

(Form. B)

Out No.: **1151**

(Rules 6(2),6(5) and 8(2))

Date : **27 / 01 / 2021**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. In exercise of the powers conferred under section 19(1) of the Prenatal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act 1994 (57 of 1994) the Appropriate Authority Medical Officer of Health A.M.C. hereby grants Registration to the Genetic Counselling Centre*/ Genetic Laboratory*/ Genetic Clinic*/ Ultrasound Clinic*/ Imaging Centre*/ named below For purposes of carrying Genetic Counselling*/ Prenatal Diagnostic Procedures*/ Prenatal Diagnostic Tests*/ as Ultrasonography as defined in the aforesaid Act for a period of five years ending On **26-01-2026**

2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules thereunder, and any Contravention there of shall result in suspension or cancellation of this certificate of Registration before the expiry of the said period of five year apart from prosecution.

A. Name and address of the Counselling Centre*/ Genetic Laboratory*/ Genetic Clinic*/ Ultrasound Clinic*/ Imaging Centre* **ANANDRISHJI HOSPITAL & MEDICAL RESEARCH CENTRE, 124, ANANDRISHJI MARG, AHMEDNAGAR.**

B. Prenatal diagnostic procedures* approved for (Genetic Clinic):

- Non-Invasive i) Ultrasound **& 2DECHO** ii) Amniocentesis iii) Chorionic Villi biopsy
- iv) Foetoscopy v) Foetal skin or organ biopsy vi) Cordocentesis
- vii) Any Other (specify)

C. Prenatal diagnostic Tests* approved (for Genetic Laboratory):

- i) Chromosomal studies ii) Biochemical studies iii) Molecular studies

D. Any Other purpose (please specify) **1) XARTO-100 (TUS-X100) 2) Somatom GO Now 3) Somatom Scope-16 slice CT scan 4) GE - Vivid - T8 SR.No. 6010307WX 5) GE - Vivid - T8 SR.No. 606220W X04 6) TOSHIBA JUST VISION (SSA 320A) SNO. B58020.SD 7) PHILIPS HDIUXENS S.N.O. 20975419, 8) TOSHIBAKARTO, SSA - 660 AGM. SNO.1356943, 9) WIPRO GE VIVIDE E SRNO.4082 10) Wipro GE Vivid-T8 Expert Ultra 11) TOSHIBA APL 30 400 SNO INSD 1692638**

3. Model and make Equipments being used (any change is to be intimated to the Appropriate Authority under rule 13) **1) TOSHIBA JUST VISION (SSA 320A) SNO. B58020.SD 2) PHILIPS HDIUXENS S.N.O. 20975419, 3) TOSHIBAKARTO, SSA - 660 AGM. SNO.1356943, 4) WIPRO GE VIVIDE E SRNO.4082 5) VIVID - T8 SNO. 606220W X04 6) TOSHIBA APL 30 400 SNO INSD 1692638**

4. Name of Applicant for Registration **THE SECRETARY JAIN SOCIAL FEDERATION**

5. Name of Sonologist / Radiologist / User **1) DR. SONAL SOLAT (DMRE) 2) DR. BHAKTI PHALKE (DMRE) 3) DR. PRANIN DUNGARNIA (MD MED) 4) DR. RAHUL AGARWAL (DM CARDIO) 5) DR. RAHUL ERANDE (MD ANA) 6) DR. KATARIYAMITESH (MD RADIO) 7) DR. PRABHAY KUMAR (MD RADIO) 8) DR. CHHALLANI VINAY 9) DR. NIKHITA JAIN 10) DR. NIMN Lonare (ped. Cardio) 11) DR. AMIT THOPTRE 12) DR. SINDU BONDRE 13) DR. SHEKHA KISHOR B**

6. Registration No. allotted : **ANR-79** Validity **5 YEARS**

7. Period of validity of earlier Certificate of Registration (For Renewal only) **5 YEARS**

From **27-01-2021** To **26-01-2026**



Medical Officer of Health
Signature, Name and Designation
of the Appropriate Authority

Dr. Anil A. Borge